



Nowy Sącz, dnia 09.08.2012 r.

Nr sprawy: ZP.382-20/2012

Otrzymują:
wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa ergospirometrów i analizatora składu ciała na potrzeby Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.”

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający **Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu**, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, zwana dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami na zadane pytania z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

II. PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Pytanie 1 Wykonawcy:

Pytanie dotyczy pakiet Nr 1, Zał. nr 5.

Pkt 33, ppkt 6 warunki Serwisu gwarancyjnego

Pkt 36, ppkt 6 warunki Serwisu gwarancyjnego

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

- w przypadku trzech napraw tego samego modułu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy na nowe brzmienie:

- w przypadku trzech napraw tego samego modułu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany tego modułu na nowy

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Tak – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. zapisu na nowe brzmienie zaproponowane przez Wykonawcę – i w tym zakresie zmienia treść specyfikacji.

2. Pytanie 2 Wykonawcy:

Pytanie dotyczy pakiet Nr 1, Zał nr 5.

Pkt 33, ppkt 6 warunki Serwisu gwarancyjnego

Pkt 36, ppkt 6 warunki Serwisu gwarancyjnego

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

Czas naprawy – nie dłużej niż 7 dni

na nowe brzmienie:

Czas naprawy - nie dłużej niż 21 dni



Wydłużenie czasu napraw jest konieczne z uwagi na ewentualny zwrot urządzenia do miejsca montażu (specjalistycznego laboratorium) znajdującego się poza Polską.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Tak – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. zapisu na nowe brzmienie zaproponowane przez Wykonawcę – i w tym zakresie zmienia treść specyfikacji.

- III. Uwzględniający powyższe zmiany treści specyfikacji załącznik nr 5 do specyfikacji – wzór oferty - stanowi załącznik do niniejszego pisma.
- IV. **Pouczenie** o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w Rozdziale XVIII specyfikacji.

KANCLERZ
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu
(-) inż. Zbigniew Zieliński

.....
*(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*

Załącznik:

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do specyfikacji – wzór oferty

Otrzymują:

1. Strona internetowa: <http://zp.pwsz-ns.edu.pl> ,
2. aa.