



Nowy Sącz, dnia 18.03.2013 r.

Nr sprawy: **ZP.382-54/2012**

Otrzymują:
wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa specjalistycznego wyposażenia i sprzętu na potrzeby pracowni Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.”

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający **Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu**, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, zwana dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami na zadane pytania z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

II. PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Pytanie 1 Wykonawcy:

System Pomiaru Czasu.

Do pkt. 1. System pomiaru czasu na krytą pływalnię

Prosimy zamawiającego o dokładne sformułowanie czy wymagany system jest automatyczny czy półautomatyczny.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Automatyczny.

2. Pytanie 2 Wykonawcy:

System Pomiaru Czasu.

Do pkt. 2. System pomiaru czasu do biegów przełajowych, biegów narciarskich.

Czy zamawiający wymaga aby pomiar czasu odbywał się przy pomocy systemu kamer.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Nie.

3. Pytanie 3 Wykonawcy:

Narciarstwo zjazdowe.

Do pkt. 10. Zestawy do narciarstwa zjazdowego

Prosimy zamawiającego o podanie dokładnej specyfikacji wymaganych zestawów.



Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Narty taliowane o promieniu skrętu ok. 11-16 m., konstrukcja sandwich, drewniany rdzeń, ślizg UHM C wraz z wiązaniami oraz kompletem kijków. Długość nart: 170 cm. – 1 szt., 165 cm. – 1 szt., 163 cm. – 3 szt., 160 cm. – 1 szt., 156 cm. – 3 szt. (razem 9 zestawów). Długość kijków od 115 do 125 cm. do uzgodnienia na etapie realizacji dostawy.

4. Pytanie 4 Wykonawcy:

Plansze anatomiczne. Czy zamawiający wymaga aby plansze pokryte były laminatem dzięki któremu poprawi się ich trwałość.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Tak.

5. Pytanie 5 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Systemy pomiaru czasu. Poz. 1 system pomiaru czasu na krytą pływalnię zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wymaga systemu pomiaru czasu na pływalnię stacjonarnej (z wbudowanymi elementami przyłączeniowymi i gniazdami), czy też mobilny, składany i rozkładany na czas zawodów?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

System mobilny, składany i rozkładany na czas zawodów.

6. Pytanie 6 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Systemy pomiaru czasu. Poz. 1 system pomiaru czasu na krytą pływalnię zwracamy się z prośbą o informację, czy basen, na który ma być dostarczony system pomiaru czasu jest basenem o długości 25m, 6 torowy?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Basen o długości 25 metrów z pięcioma torami pływackimi.

7. Pytanie 7 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Systemy pomiaru czasu. Poz. 1 system pomiaru czasu na krytą pływalnię prosimy o podanie szerokości torów: 2,0 m, czy też 2,5 m?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Szerokość toru pływackiego wynosi 250cm.

8. Pytanie 8 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Systemy pomiaru czasu. Poz. 1 system pomiaru czasu na krytą pływalnię prosimy o doprecyzowanie, jaką tablicę należy dostarczyć tzn. zwykła numeryczna (przenośna na statywach), czy bardziej rozbudowana np. o wskaźniki temperatur (zewn., wewn., wody) mocowana na stałe, czy też Zamawiający wymaga tablicy w postaci ekranu LED mocowanego na stałe?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia tablicy wyników do systemu pomiaru czasu na krytej pływalni.



9. Pytanie 9 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Systemy Pomiaru czasu Poz. 2 System pomiaru czasu do biegów przełajowych, biegów narciarskich zwracamy się z prośbą o informację, ile punktów pomiarowych (pętli) Zamawiający na trasie przewiduje? Czy punkt pomiarowy ma być jedynie na mecie, czy też w innych punktach tzw. międzyczasy.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający wymaga dostarczenia jednego punktu pomiarowego na mecie (minimum czterometrowa linia pomiarowa, 4 anteny, jednostka centralna z zasilaniem bateryjnym wraz z oprogramowaniem, ładowarka).

10. Pytanie 10 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Systemy Pomiaru czasu Poz. 2 System pomiaru czasu do biegów przełajowych, biegów narciarskich zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wymaga zaoferowania również tablicę wyników prezentującą czasy zjazdowe poszczególnych narciarzy?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia tablicy wyników do systemu pomiaru czasu do biegów przełajowych i biegów narciarskich.

11. Pytanie 11 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Systemy Pomiaru czasu Poz. 2 System pomiaru czasu do biegów przełajowych, biegów narciarskich zwracamy się z prośbą o informację, jaki rodzaj chipów Zamawiający przewiduje, chipy jednorazowe, czy też wielokrotnego użytku?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający wymaga chipów wielokrotnego użytku (plastikowych na rurce).

12. Pytanie 12 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Systemy Pomiaru czasu Poz. 2 System pomiaru czasu do biegów przełajowych, biegów narciarskich zwracamy się z prośbą o informację, ile chipów należy uwzględnić w niniejszej pozycji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający wymaga dostarczenia 400 sztuk chipów.

13. Pytanie 13 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 1 Aparatura do komputerowej oceny postawy ciała metodą fotogrametryczną w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.



14. Pytanie 14 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 1 Aparatura do Komputerowej Oceny Strony Podeszwowej Stóp w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

15. Pytanie 15 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 4 Platforma stabilometryczna w wersji dwupatformowej w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. natomiast w opisie tej pozycji widnieje zapis, że platforma ma posiadać certyfikat CE, Deklarację zgodności. Prosimy o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

16. Pytanie 16 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 6 Zestawy do korekcji wad postawy w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

17. Pytanie 17 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 7 Zestaw goniometrów metalowych w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.



18. Pytanie 18 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 8 Fałdomierz metalowy w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

19. Pytanie 19 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 9 Inklinometr mechaniczny w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

20. Pytanie 20 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 10 Cyrkiel kabłąkowy MARTINA w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

21. Pytanie 21 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 12 Trójpłaszczyznowy korektor skolioz w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.



22. Pytanie 22 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 14 Drabinki gimnastyczne zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu załączenia do oferty przetargowej dla tej pozycji certyfikatu uprawniającego do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B wyrobu wydanego przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. lub inny równoważny certyfikat wydany przez inną równoważną instytucję posiadającą status jednostki notyfikowanej nadany przez Komisję Europejską, w zakresie właściwej dyrektywy nowego podejścia (new approach)?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

23. Pytanie 23 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 15 ławka gimnastyczna „szwedzka” dł. 2,5 m zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu załączenia do oferty przetargowej dla tej pozycji certyfikatu uprawniającego do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B wyrobu wydanego przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. lub inny równoważny certyfikat wydany przez inną równoważną instytucję posiadającą status jednostki notyfikowanej nadany przez Komisję Europejską, w zakresie właściwej dyrektywy nowego podejścia (new approach)?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

24. Pytanie 24 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Gimnastyka korekcyjna Poz. 16 ławka gimnastyczna „szwedzka” dł. 4 m zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu załączenia do oferty przetargowej dla tej pozycji certyfikatu uprawniającego do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B wyrobu wydanego przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. lub inny równoważny certyfikat wydany przez inną równoważną instytucję posiadającą status jednostki notyfikowanej nadany przez Komisję Europejską, w zakresie właściwej dyrektywy nowego podejścia (new approach)?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

25. Pytanie 25 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Akcesoria do gimnastyki korekcyjnej, kinezyterapii i aqua fitness Poz. 6 Pierścień hula hop zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu załączenia do oferty przetargowej dla tej pozycji certyfikatu uprawniającego do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B wyrobu wydanego przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. lub inny równoważny certyfikat wydany przez inną równoważną instytucję posiadającą status jednostki notyfikowanej nadany przez Komisję Europejską, w zakresie właściwej dyrektywy nowego podejścia (new approach)?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.



26. Pytanie 26 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Kinezyterapia Poz. 1 Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu zastępujące UGUL ze stołem rehabilitacyjnym w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

27. Pytanie 27 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Kinezyterapia Poz. 2 Szyna CPM do ćwiczeń kończyn górnych w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

28. Pytanie 28 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Kinezyterapia Poz. 3 Szyna CPM do ćwiczeń stawu kolanowego w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

29. Pytanie 29 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Kinezyterapia Poz. 4 Uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego ze stołem do terapii manualnej w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.



30. Pytanie 30 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Kinezyterapia Poz. 5 Urządzenie do ćwiczeń do stawu skokowego z oporem elastycznym w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

31. Pytanie 31 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Kinezyterapia Poz. 6 Wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

32. Pytanie 32 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Kinezyterapia Poz. 7 Urządzenie do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn górnych i dolnych w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

33. Pytanie 33 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Kinezyterapia Poz. 9 Zestaw goniometrów metalowych w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.



34. Pytanie 34 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Pracownia Masażu Poz. 10 Stół 5-częściowy w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

35. Pytanie 35 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Pracownia Masażu Poz. 11 Składany stół do masażu w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

36. Pytanie 36 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Pracownia Masażu Poz. 12 Krzesło rehabilitacyjne do masażu w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

37. Pytanie 37 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Fizykoterapia Poz. 1 Aparat do fizykoterapii w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.



38. Pytanie 38 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Fizykoterapia Poz. 2 Aparat do fizykoterapii w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

39. Pytanie 39 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Fizykoterapia Poz. 3 Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

40. Pytanie 40 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Fizykoterapia Poz. 4 Aparat do krioterapii z wykorzystaniem zimnego powietrza w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

41. Pytanie 41 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Fizykoterapia Poz. 5 Aparat do masażu uciskowego w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.



42. Pytanie 42 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Fizykoterapia Poz. 6 Lampa do terapii światłem polaryzowanym na statywie w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

43. Pytanie 43 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Fizykoterapia Poz. 7 Diatermia krótkofalowa w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

44. Pytanie 44 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Fizykoterapia Poz. 8 Kuchenka parafinowa w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

45. Pytanie 45 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Fizykoterapia Poz. 10 Leżanka drewniana w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.



46. Pytanie 46 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Fizykoterapia Poz. 11 System krioterapii w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

47. Pytanie 47 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Antropologia Poz. 1 Antropometr do pomiarów poszczególnych odcinków ciała w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

48. Pytanie 48 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Antropologia Poz. 5 Stadiometr do pomiarów poszczególnych odcinków ciała w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

49. Pytanie 49 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Antropologia Poz. 7 Fałdomierz cyfrowy w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.



50. Pytanie 50 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Antropologia Poz. 8 Analizator Segmentowego Składu Ciała w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

51. Pytanie 51 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Antropologia Poz. 10 Przyrząd do pomiaru grubości stawów w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

52. Pytanie 52 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Antropologia Poz. 12 Dynamometr hydrauliczny ręczny w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

53. Pytanie 53 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Ergometry Poz. 1 Ergometr rowerowy do kończyn dolnych w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.



54. Pytanie 54 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Ergometry Poz. 5 Ergometr wielofunkcyjny w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

55. Pytanie 55 Wykonawcy:

Specyfikacja techniczno – cenowa Ergometry Poz. 6 Bieżnia wodna w kolumnie Weryfikacja Parametrów i Wymagań Oferowanego Sprzętu widnieje zapis, iż CERTYFIKAT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty przetargowej Deklaracji Zgodności dla tej pozycji w zamian za w/w certyfikat.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że przez „certyfikat” należy rozumieć konkretnie wskazany dokument/dokumenty wskazane w kol. 3 „WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY” Specyfikacji techniczno – cenowej.

56. Pytanie 56 Wykonawcy:

Wobec zapisu Specyfikacji techniczno – cenowej działu Kinezyterapia Lp. 7 Urządzenie do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn górnych i dolnych, co do konieczności załączenia do oferty przetargowej Pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż aparatów, zwracamy się z prośbą o usunięcie przez Zamawiającego tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający rezygnuje z konieczności załączenia do oferty przetargowej pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż przedmiotowych aparatów – wymaga jednak przedstawienia tego dokumentu przed podpisaniem umowy, czyniąc z tego formalność, jaka powinna zostać dopełniona po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

57. Pytanie 57 Wykonawcy:

Wobec zapisu Specyfikacji techniczno – cenowej działu Pracownia Masażu Lp. 10 Stół 5-częściowy, co do konieczności załączenia do oferty przetargowej Pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż aparatów, zwracamy się z prośbą o usunięcie przez Zamawiającego tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający rezygnuje z konieczności załączenia do oferty przetargowej pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż przedmiotowych aparatów – wymaga jednak przedstawienia tego dokumentu przed podpisaniem umowy, czyniąc z tego formalność, jaka powinna zostać dopełniona po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.



58. Pytanie 58 Wykonawcy:

Wobec zapisu Specyfikacji techniczno – cenowej działu Fizykoterapia Lp. 1 Aparat do fizykoterapii, co do konieczności załączenia do oferty przetargowej Pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż aparatów, zwracamy się z prośbą o usunięcie przez Zamawiającego tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający rezygnuje z konieczności załączenia do oferty przetargowej pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż przedmiotowych aparatów – wymaga jednak przedstawienia tego dokumentu przed podpisaniem umowy, czyniąc z tego formalność, jaka powinna zostać dopełniona po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

59. Pytanie 59 Wykonawcy:

Wobec zapisu Specyfikacji techniczno – cenowej działu Fizykoterapia Lp. 2 Aparat do fizykoterapii, co do konieczności załączenia do oferty przetargowej Pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż aparatów, zwracamy się z prośbą o usunięcie przez Zamawiającego tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający rezygnuje z konieczności załączenia do oferty przetargowej pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż przedmiotowych aparatów – wymaga jednak przedstawienia tego dokumentu przed podpisaniem umowy, czyniąc z tego formalność, jaka powinna zostać dopełniona po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

60. Pytanie 60 Wykonawcy:

Wobec zapisu Specyfikacji techniczno – cenowej działu Fizykoterapia Lp. 3 Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, co do konieczności załączenia do oferty przetargowej Pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż aparatów, zwracamy się z prośbą o usunięcie przez Zamawiającego tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający rezygnuje z konieczności załączenia do oferty przetargowej pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż przedmiotowych aparatów – wymaga jednak przedstawienia tego dokumentu przed podpisaniem umowy, czyniąc z tego formalność, jaka powinna zostać dopełniona po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

61. Pytanie 61 Wykonawcy:

Wobec zapisu Specyfikacji techniczno – cenowej działu Fizykoterapia Lp. 5 Aparat do masażu uciskowego, co do konieczności załączenia do oferty przetargowej Pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż aparatów, zwracamy się z prośbą o usunięcie przez Zamawiającego tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający rezygnuje z konieczności załączenia do oferty przetargowej pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż przedmiotowych aparatów – wymaga jednak przedstawienia tego dokumentu przed podpisaniem umowy, czyniąc z tego formalność, jaka powinna zostać dopełniona po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.



62. Pytanie 62 Wykonawcy:

Wobec zapisu Specyfikacji techniczno – cenowej działu Fizykoterapia Lp. 7 Diatermia krótkofalowa, co do konieczności załączenia do oferty przetargowej Pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż aparatów, zwracamy się z prośbą o usunięcie przez Zamawiającego tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający rezygnuje z konieczności załączenia do oferty przetargowej pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż przedmiotowych aparatów – wymaga jednak przedstawienia tego dokumentu przed podpisaniem umowy, czyniąc z tego formalność, jaka powinna zostać dopełniona po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

63. Pytanie 63 Wykonawcy:

Wobec zapisu Specyfikacji techniczno – cenowej działu Fizykoterapia Lp. 8 Kuchenka parafinowa, co do konieczności załączenia do oferty przetargowej Pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż aparatów, zwracamy się z prośbą o usunięcie przez Zamawiającego tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający rezygnuje z konieczności załączenia do oferty przetargowej pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż przedmiotowych aparatów – wymaga jednak przedstawienia tego dokumentu przed podpisaniem umowy, czyniąc z tego formalność, jaka powinna zostać dopełniona po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

64. Pytanie 64 Wykonawcy:

Wobec zapisu Specyfikacji techniczno – cenowej działu Fizykoterapia Lp. 9 Lampa Sollux, co do konieczności załączenia do oferty przetargowej Pisemnej autoryzacji dystrybutora na serwis i sprzedaż aparatów, zwracamy się z prośbą o usunięcie przez Zamawiającego tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

Zamawiający rezygnuje z konieczności załączenia do oferty przetargowej pisemnej autoryzacji producenta na serwis i sprzedaż przedmiotowych aparatów – wymaga jednak przedstawienia tego dokumentu przed podpisaniem umowy, czyniąc z tego formalność, jaka powinna zostać dopełniona po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

III. Na podstawie art. 12a ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 i 4a) pkt 2) i ust. 6 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **28.03.2013 r.** Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji i ogłoszenia o zamówieniu:

1. W Rozdziale XII specyfikacji - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a) pkt 1 ppkt b) otrzymuje brzmienie: „w terminie: do dnia **28.03.2013 r.** do godz. **12:30.**”

b) pkt 9 ppkt b) otrzymuje brzmienie: „w dniu: **28.03.2013 r.** o godz. **13:00.**”



2. W Sekcji IV Ogłoszenia o zamówieniu - Procedura:

- a) pkt. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu otrzymuje brzmienie: 28.03.2013 - 12:30
- b) pkt. IV.3.8) Warunki otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie: Data: 28.03.2013 - 13:00

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- IV.** Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a) pkt 2) ustawy Zamawiający zmienia treść w następujący sposób: Załącznik nr 1 do specyfikacji „Specyfikacja techniczno-cenowa” otrzymuje brzmienie stosownie do odpowiedzi na pytania, a ponadto Zamawiający:
1. zmienia liczbę zamawianych szt. Analizatora Segmentowego Składu Ciała (na 1 szt.);
 2. dodaje 33 poz. Dodatkowego wyposażenia zgodnie z załączoną „Specyfikacją techniczno-cenową” (wersja: 2).
- V.** Uwzględniający powyższe zmiany załącznik nr 1 do specyfikacji „Specyfikacja techniczno-cenowa” (wersja: 2) stanowi załącznik do niniejszego pisma.
- VI. Pouczenie** o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w Rozdziale XVIII specyfikacji.

KANCLERZ
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu
(-) inż. Zbigniew Zieliński

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Załącznik:

1. załącznik nr 1 do specyfikacji „Specyfikacja techniczno-cenowa” (wersja: 2).

Otrzymują:

1. Strona internetowa: <http://zp.pwsz-ns.edu.pl> ,
2. aa.